

Användarmanual Mobil upprensingslyft MiniLift

innan du kontaktar REHAB, Kolla alltid att:

- nödstoppen inte är intryckt.
- laddningssladden ej sitter i eluttaget.
- kablarna till kontrollboxen är rätt anslutna.
- batteriet är laddat.
- hjulen är rena från hår och smuts.

Användning

Alla upprensingslyftar utprovas individuellt för varje brukare av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Upprensingslyft är ett hjälpmedel som skall användas när ingen annan aktiv förflyttningsteknik är möjlig. Med undantag vid akuta fall.

Vid användning av upprensingslyft krävs rätt lyft och rätt sele till varje brukare.

All personal som använder upprensingslyft skall ha fått instruktion om hur personen skall förflyttas och hur personlyften skall hanteras.

Två personal bör vara närvarande vid lyft. En vid lyften och en vid personen.

Förflyttningsavståndet med en upprensingslyft skall vara så kort som möjligt.

Följ anvisningarna på utprovingsprotokollet för hur selen/västen ska kopplas

Kontakta rehab om brukaren upplever upprensningen smärtsam eller upplever obehag samt om personen inte klarar att sträcka på benen under upprensningen.

Skötsel

Omvårdnadspersonalen ansvarar för att lyften rengörs och kontrolleras enligt bruksanvisningen. Detta skall göras vid behov dock minst en gång/månad.

Lyften ska ställas på underhållsladdning när den inte används.

Upprensingslyftar besiktigas via Dalarnas hjälpmedelscenter (DHC) 1 gång/år enligt avtal.

Vid frågor eller om lyften är trasig kontakta arbetsterapeut el. sjukgymnast/fysioterapeut

Se även tillverkarens bruksanvisning vid behov.


Planera förflyttningen placeringen av uppresningslyften innan lyftet påbörjas.

Användning av MiniLift160


Placera lämplig storlek på ThoraxSling bakom brukaren, nedanför höftkanten (se bruksanvisning för ThoraxSling). (1)




Då brukaren placerat sina fötter på fotplattan förs lyften fram mot brukaren. Placera lyften så nära brukaren som möjligt. Var noggrann med att framsidan på underbenen ligger an mot underbensstödet. Justera underbensstödet (2) så att det inte trycker på knäskålarna (ca 2 cm lägre). (3)




Lyft upp låsratten till lyftarmen (4) och drag ut lyftarmen så långt som möjligt mot brukaren.



Tag uppresningsseleens ögla och välj det kortaste ögalealternativet som når fram till kroken på lyftarmen. Haka på lyftöglorna från undersidan av bygeln. (5)



Lyft upp låsratten och tryck tillbaka lyftarmen så att lyftöglorna på selen sträcks, släpp tillbaka låsratten. (6)



Instruera brukaren att luta sig bakåt och använda sig av stödet bakom ryggen vid uppresningen. Höj lyften till önskad nivå. Var då observant på att brukaren står med båda fötterna på fotplattan, samt har händerna placerade på bygelns handtag för att undvika klämning mellan lyftbygel och lyftöglor. (7)

